

Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,

die Mischbettharzpatrone muss in der MELAG-Transportverpackung verschickt werden! Sofern keine Transportverpackung vorhanden ist, schickt MELAG Ihnen eine zu.

**Zum Transport von Mischbettharzpatronen sind folgende Maßnahmen zu treffen:**

1. Die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone nach dem Druckablass abschrauben.
2. Die Mischbettharzpatronen entleeren. Dazu die Mischbettharzpatrone umgedreht in eine kleine Wanne stellen und warten, bis kein Wasser mehr austritt.
3. Anschließend die gelben Kappen fest auf die Anschlussstutzen schrauben. Die Mischbettharzpatronen in die Transportverpackung einpacken.

**Transportverpackung  
vorhanden?**

Ja

Nein

Bitte schicken Sie mir eine Transportverpackung (zum Preis von 29,00 € zzgl. MwSt.). Bei erstmaliger Regeneration erhalten Sie die Transportverpackung ohne Berechnung.

Damit der Auftrag bei MELAG ausgelöst werden kann und um die Abwicklung der Regeneration Ihrer Mischbettharzpatrone zu vereinfachen, bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen und per Fax oder E-Mail **an Ihren Fachhändler oder Ihr Depot** zu schicken. Bitte legen Sie eine Kopie des Bestellformulars der einzusendenden Mischbettharzpatrone bei.

  
Praxis  
Depot/Fachhändler  
Straße/Hausnummer  
Straße/Hausnummer  
PLZ/Ort  
PLZ/Ort  
Ansprechpartner  
Ansprechpartner  
Telefon für Rückfragen  
Telefon für Rückfragen  
E-Mail-Adresse  
E-Mail-Adresse

Von hier abholen

Hierhin liefern

Von hier abholen

Hierhin liefern

Seriennummer der

MELAdem 53:

MELAdem 53 C:

**Wichtig! Bitte komplette Seriennummer lt. Typenschild angeben, einschließlich Suffix: „-1“ oder „-2“!**

**Ab wann ist die Mischbettharzpatrone abholbereit?**

Datum:

**Öffnungszeiten bei  
Abholung/Anlieferung  
aus der Praxis:**

Mo von  bis

Di von  bis

Mi von  bis

Do von  bis

Fr von  bis

**Ist die Praxis in den nächsten  
zwei Wochen geschlossen?**

Ja, von  bis

Nein



### HINWEIS

Bitte beachten Sie für den sicheren Versand die Hinweise zu „Lagerung und Transport“ in der Bedienungsanleitung der MELAdem 53/MELAdem 53C.

Dear Dr.

the mixed-bed resin cartridge must be sent in the MELAG transport packaging. If you do not have access to any, MELAG will send you some.

**The following measures are to be met for the transport of mixed-bed resin cartridges:**

1. Unscrew the water connections of the mixed-bed resin cartridge after pressure release.
2. Empty the mixed-bed resin cartridge. Place the mixed-bed resin cartridge upside down and wait until no further water runs out.
3. Then seal the mixed-bed resin cartridge with the yellow caps.
4. Pack the mixed-bed resin cartridge into the original transport packaging.

**Transport packaging available?**  Yes  No  
 Please send me the transport packaging (net price 29.00 € plus transport costs)  
On the first regeneration the original packaging will be free of charge

To enable us to simplify the regeneration process of your mixed-bed resin cartridge, we would request that you complete the form and fax or e-mail it to **your stockist or depot**. Please include the filled in form of the mixed-bed resin cartridge to be sent in.

|   |   |
|---|---|
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Practice  | Depot / MELAG stockist  |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Street / house number   | Street / house number   |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Post code / town  | Post code / town  |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Country   | Country   |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Telephone number for queries (with country code) / contact                  | Telephone number for queries (with country code) / contact                  |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| E-mail address  | E-mail address  |
| <input type="checkbox"/> Collect here <input type="checkbox"/> Deliver here | <input type="checkbox"/> Collect here <input type="checkbox"/> Deliver here |

**Serial number** MELAdem 53:

MELAdem 53 C:

**Important! Please state the complete serial number as on the name plate, including the suffix: "-1" or "-2"!**

**When can we collect the cartridge?** Date:

|   |   |
|---|---|
| Mon from <input type="text"/> to <input type="text"/> | Tue from <input type="text"/> to <input type="text"/> |
| Wed from <input type="text"/> to <input type="text"/> | Thu from <input type="text"/> to <input type="text"/> |
| Fri from <input type="text"/> to <input type="text"/> |   |

**Opening times for collection from/delivery to the practice:**

**Is the practice closed within the next two weeks?**  Yes, from  to   No



**PLEASE NOTE**

Please observe the notes for safe dispatch outlined in the instructions for "Storage and Transport" of your MELAdem 53/MELAdem 53 C water treatment unit.