

### MELAdes® 600 Hände-Desinfektion



#### Hersteller

MELAG Medizintechnik oHG  
Geneststraße 6 - 10  
D-10829 Berlin



#### HINWEIS

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

#### 1 Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiges, alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben der Hände. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich. Dermatologisch empfohlen für die Händedesinfektion bei haut- bzw. allergieempfindlichen Personen.

#### 2 Anwendungsgebiet

MELAdes 600 in die trockenen Hände einreiben und 30 Sekunden lang feucht halten.

Für die Desinfektion der Hände und Unterarme mit MELAdes 600 werden diese mit der Lösung eingerieben und 1,5 Minuten lang feucht gehalten.

#### 3 Wirkungsspektren

MELAdes 600 wirkt:

- Bakterizid (inkl. MRSA)
- Tuberkulozid
- Levurozid
- Begrenzt viruzid, wirksam gegen Noroviren (MNV gem. EN 14476)

#### 4 Wirksamkeit und Einwirkzeit

Hygienische Händedesinfektion (EN 1500):	3 ml unverdünnt - 30 s
Chirurgische Händedesinfektion (EN 12791):	3x 5 ml unverdünnt - 1,5 min
Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (inkl. HCV / HIV / HBV):	konz. 15 s
Noroviren (MNV gem. EN 14476):	1 min



#### HINWEIS

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern.

## 5 Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet worden. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern unsere Gutachten zur Verfügung.

## 6 Zusammensetzung

100 g MELAdes 600 enthält als wirksame Bestandteile:

63,1 g 2-Propanol

## 7 Gefäßgrößen

Gefäßgröße	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
500 ml	6x 500 ml Spenderflasche	11601
1000 ml	6x 1000 ml Spenderflasche	11602
5 l	2x 5 Liter-Kanister	11603

## 8 Dosierhilfen

Wandspender 500 ml (Art.-Nr. 11900)

Wandspender 1000 ml (Art.-Nr. 11901)

Dosierpumpe für 5 Liter-Kanister (Art.-Nr. 11904)

Kanisterhahn (Art.-Nr. 11903)

Kanisterschlüssel (Art.-Nr. 11906)

## 9 Zulassungen / Listungen

MELAdes 600 ist in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH aufgenommen.

MELAdes 600 entspricht den Anforderungen der EU-Biozidrichtlinie, BAuA Reg.-Nr. N-50726.

## 10 Besondere Hinweise

### Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

## 11 Haftungsausschluss

Die oben stehenden Informationen sind, nach bestem Wissen, auf dem aktuellen Stand, sorgfältig und vollständig auf Grundlage der Informationen, die uns zu dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes zur Verfügung standen, gemacht. Jedoch liegt es in der Verantwortung des Anwenders beim individuellen Gebrauch des Produktes die Sicherheit, Giftigkeit und Eignung, wie hier aufgeführt, zu ermitteln. Da der eigentliche Gebrauch durch andere nicht unserer Kontrolle unterliegt, übernehmen wir keine Gewährleistung und Haftung für die Folgen des Gebrauches, der Sicherheit oder der Giftigkeit dieses Produktes. Weder übernehmen wir Haftung für Schäden, die durch den Gebrauch des Produktes von anderen Personen hervorgerufen werden, noch können die hier aufgeführten Informationen als absolut vollständig ausgelegt werden, da zusätzliche Angaben bei außergewöhnlichen Bedingungen oder Umständen oder aufgrund anwendbarer Gesetze oder Richtlinien notwendig oder wünschenswert wären.